



LISTA DI CONTROLLO LABORATORI

		Rilevatore:	Referente sede				
Edificio	Fisiologia generale e antropologia		Codice edificio		Piano		Stanza
Unità organizzativa	Dipartimento di						
Laboratorio		Responsabile/i					

REQUISITI	Requisiti Soddisfatti		NOTE
	Si	No	
Regole generali di sicurezza			
All'esterno del locale è affissa la targa con l'indicazione del nominativo del responsabile del laboratorio e del personale autorizzato ad accedervi?			
La targa riporta le informazioni relative al laboratorio e i simboli relativi ai pericoli in esso presenti, nonché il divieto di accesso al personale non autorizzato?			
Il layout consente agevoli movimenti?			
I pavimenti sono idonei al contenimento e al recupero in caso di eventuali sversamenti (assenza di fughe, avvallamenti, ecc.)?			
I piani di lavoro sono puliti, disinfettati, ordinati e ben organizzati?			
È presente la documentazione attestante l'informazione e l'addestramento del personale?			



REQUISITI	Requisiti Soddisfatti		NOTE
	Si	No	
Sono presenti procedure di sicurezza scritte?			
È affisso il cartello di divieto di consumare alimenti e bevande?			
I frigoriferi e i congelatori riportano la scritta "non usare per alimenti e bevande"?			
Sono presenti lavandini per la detersione della pelle esposta (possibilmente collocati in prossimità della porta di accesso)?			
Sono affisse le procedure da adottare in caso di emergenze varie? (n. 8108)			
È presente e ben segnalata la cassetta di primo soccorso?			
Alimentazione elettrica			
I componenti elettrici sono integri?			
I quadri elettrici sono chiusi da appositi sportelli e gli interruttori identificati?			
Al semplice esame visivo gli interruttori, le prese elettriche ed i cavi elettrici sono integri e funzionanti?			
Banconi			
Le superfici dei banconi sono resistenti ai solventi e alle sostanze chimiche corrosive?			
I banconi sono puliti e sgombri da materiali?			
Prodotti chimici			
E' presente l'elenco delle sostanze chimiche in uso?			
Sono presenti e di facile consultazione le schede di sicurezza delle sostanze chimiche in uso?			



REQUISITI	Requisiti Soddisfatti		NOTE
	Si	No	
I recipienti sono contrassegnati con l'etichetta indicante il nome chimico per esteso?			
Esiste il divieto di lasciare i prodotti aperti sui banconi dopo l'utilizzo?			
Laddove i prodotti debbano essere lasciati in sito, esiste una indicazione per evitare che vengano sversati o che rilascino vapori?			
Dove è presente il rischio di sviluppo di vapori o gas pericolosi (idrogeno, acetilene, CO, ecc.) sono presenti rilevatori automatici del raggiungimento di concentrazioni pericolose?			
Stoccaggio prodotti/sostanze chimiche			
I prodotti e/o agenti chimici sono stoccati in funzione delle loro classi di pericolo e compatibilità (<input type="checkbox"/> <i>acidi</i> ; <input type="checkbox"/> <i>basi</i> ; <input type="checkbox"/> <i>infiammabili</i> ; <input type="checkbox"/> <i>tossici</i>)?			
I liquidi infiammabili sono stoccati, in modo esclusivo, in armadi antincendio?			
Il quantitativo di prodotti infiammabili è inferiore a < 5 lt?			
I prodotti ad elevata tossicità (es. cancerogeni) sono stoccati separatamente in armadi chiusi a chiave, possibilmente aerati?			
I prodotti chimici che possono produrre vapori pericolosi, sono conservati all'interno di armadi aspirati?			
Sugli armadi è presente l'elenco delle sostanze/preparati stoccati?			
Sugli armadi è presente la segnaletica di pericolo relativa ai prodotti stoccati?			
Gli armadi di sicurezza sono in buone condizioni?			



REQUISITI	Requisiti Soddisfatti		NOTE
	Si	No	
Gli infiammabili che devono essere refrigerati sono conservati in frigoriferi a prova di esplosione?			
Scaffali e ripiani per l'immagazzinamento dei prodotti chimici sono sicuri contro rovesciamenti, cadute e sversamenti? (materiali antiacido, vasca di contenimento, bordi)			
Attrezzature e impianti			
E' effettuata la manutenzione periodica delle cappe, in conformità con quanto indicato nel manuale di uso e manutenzione delle stesse?			
E' presente il registro delle manutenzioni delle cappe?			
E' presente l'elenco aggiornato delle attrezzature, apparecchiature in uso?			
Sono presenti e di facile consultazione i Manuali d'istruzione delle attrezzature e delle apparecchiature?			
E' presente il Programma di manutenzione preventiva per attrezzature/apparecchiature in uso, ove previsto?			
Le bombole di gas sono messe in sicurezza (ancorate al muro o sorrette da carrello apposito, lontane da punti di pericolo)?			
Le valvole delle bombole sono chiuse e incappucciate quando esse non sono utilizzate?			
Le linee dei gas sono tutte identificate ed è indicata la direzione del flusso?			
La postazione a VDT è conforme alla norma?			
Rifiuti			
I rifiuti chimici e biologici sono conservati in appositi contenitori etichettati?			
I contenitori sono mantenuti chiusi?			



REQUISITI	Requisiti Soddisfatti		NOTE
	Si	No	
I rifiuti chimici e biologici sono rimossi alle scadenze programmate?			
Esiste una procedura per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi?			
I contenitori dei rifiuti sono adatti per la raccolta di materiale tagliente (es. in cartone rigido)?			
Emergenza			
Docce d'emergenza e lavaocchi sono facilmente accessibili?			
E' verificata almeno annualmente la funzionalità di docce d'emergenza e lavaocchi?			